

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(ДМТУ Росстандарта)

630004, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65, телефон (4212)75-20-00

Отдел (инспекция) государственного надзора по Республике Бурятия

670013 г. Улан-Удэ ул. Ключевская 72 «б» каб. 208 т/ф (3012)416394 тел.411018

Заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад № 113 «Капитошка» комбинированного вида г. Улан-Удэ  
Серебряковой Людмиле Альбертовне  
Адрес: 670011, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Энергетиков, дом № 15

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от «20» мая 2021 г.

**№ М- 19**

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, установлено применение 8 средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку, 6 ед. СИ неутвержденного типа, а именно:

1) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. №№ 176311, 176737, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 2 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 3);

2) Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M1 Compact (HEM-4022-RU), зав. № 20140606580LF, дата последней поверки: II кв. 14г. – оттиск клейма завода-изготовителя, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: медицинский кабинет, корпус № 2);

3) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. № 80788, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 1 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 2);

4) Термометры стеклянные керосиновые СП-2, зав. № 76, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 2);

5) Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU), зав. № 20170209390LG, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: медицинский кабинет, корпус № 1);

6) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. №№ 92060, 71154, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 2 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 1);

Средства измерений неутвержденного типа:

1) для измерения температуры человека на входном контроле в 3-х корпусах, в качестве средства измерения применялись термометры инфракрасные бесконтактные ДТ-8836, зав. № б/н, в количестве 5 ед. – неутвержденного типа;

2) для измерения роста человека, в качестве средства измерения применялся Ростомер медицинский МСК-233, зав. № б/н (инв. № 01362663) - неутвержденного типа.

что является нарушением требований части 1 статьи 9 и части 1 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до **«30» июня 2021г. ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ.**

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» применение средств измерений: 8 ед. СИ - не прошедших в установленном порядке поверку, 6 ед. СИ неутвержденного типа, а именно:

1) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. №№ 176311, 176737, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 2 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 3);

2) Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M1 Compact (HEM-4022-RU), зав. № 20140606580LF, дата последней поверки: II кв. 14г. – оттиск клейма завода-изготовителя, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: медицинский кабинет, корпус № 2);

3) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. № 80788, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 1 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 2);

4) Термометры стеклянные керосиновые СП-2, зав. № 76, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 2);

5) Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU), зав. № 20170209390LG, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года – 1 ед. СИ (место нахождения: медицинский кабинет, корпус № 1);

6) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. №№ 92060, 71154, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года – 2 ед. СИ (место нахождения: элеваторный узел, корпус № 1);

Средства измерений неутвержденного типа:

1) термометры инфракрасные бесконтактные ДТ-8836, зав. № б/н, в количестве 5 ед. – неутвержденного типа;

2) Ростомер медицинский МСК-233, зав. № б/н (инв. № 01362663) - неутвержденного типа.

**с «20» мая 2021г. ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения выявленных нарушений.**

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «30» июня 2021г.

Старший государственный инспектор

  
подпись

О.В. Онохова

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил « » мая 2021 г.

Заведующий МАДОУ Д/С № 113 «Капитошка»

  
подпись

Л.А. Серебрякова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Серебрякова Людмила Альбертовна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023