

Отчёт по предписанию № М-19

По предписанию № М-19 от 20 мая 2021 года выполнены следующие мероприятия по устранению замечаний:


Произвели поверку:

1. Термометры технические жидкостные ТТЖ – М исп.1 зав №№ 176311, 176737(место нахождения: элеваторный узел, корпус №3)
2. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M1 Compact (HEM-4022-RU)заводской № 20140606580LE - дата поверки 18.06.2021г.
3. Термометры технические ;жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав.№ 80788 (место нахождения элеваторный узел корпуса № 2)
4. Термометры стеклянные керосиновые СП-2, зав№76, (место нахождения элеваторный узел корпуса №2)
5. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU)заводской № 20170209390LG - дата поверки 18.06.2021г
6. Термометры технические ; жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав.№ 92060, 71154 (место нахождения элеваторный узел корпуса № 1)

Приобретены:

1. Термометры электронные медицинские инфракрасные CSMedica KLDS CS-88; 65858-16
2. Ростомер медицинский РМ – Диакомс, АУКС, 942819, 034ПС зав№ 109962

Заведующий _____ Серебрякова Л.А.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597582

Владелец Серебрякова Людмила Альбертовна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024